

铁岭县李千户镇中心卫生院设备准入





制造商 . SANTU

产品名称 : 医用诊断X射线可变限束器

产品型号 : SAT-CM38

产品编号 : 47461607

生产日期 : 2016年07月21日

SANTU

深圳洲石路愉盛工业园C栋1楼 邮政编码 : 518102
电话 : 0755-27905585 传真 : 0755-27909350

安全类别	I类 B型	
生产日期	2016-08-13	
最高工作电压	150 kV	
X射线管组件型号	LQ16	
X射线管组件编号	1608068	
X射线管组件总滤过	2.5 mmAL	
X射线管组件固有滤过	1.0 mmAL	
X射线管组件附加滤过	1.5 mmAL	
X射线管型号	XD57-20.50/150	
X射线管编号	16072578F	
焦点  0.6	 1.2	
制造商	SANTU	









产品名称:全自动生化分析仪 IVD
型号: AS-380 电源: 220V ~, 50Hz
输入功率: 1000VA
电气安全分类: 防触电等级 I 类, 过压类别 II 类, 污染等级 II 级
生产许可证编号: 苏食药监械生产许20130034号
注册证编号/产品技术要求编号: 苏械注准 20192220228
注册人/生产企业: 南京颐兰贝生物科技有限责任公司 中国·南京
生产地址: 南京市栖霞区科创路1号9幢503室、504室、402室
日期: 2022.07.04 S/N: AES2K2KH06393A 使用期限: 8年
其他内容详见说明书







全自动五分类血细胞分析仪 **DIRUI**

型号: BF-6800
医疗器械生产许可证编号: 吉食药监械生产许20150016号
医疗器械注册证编号: 吉械注准20142400004
执行标准: YZB/吉0004-2011
外形尺寸: 606mm×690mm×550mm
电源: ~220V 50Hz 额定功率: 175VA
产品编号: X1906800BF0106
生产日期: 2019年7月
注册人/生产企业名称: 迪瑞医疗科技股份有限公司
生产厂地: 中国·长春
注册人/生产企业住所: 长春市高新技术产业开发区云河街95号
生产地址: 长春市高新技术产业开发区宜居路3333号
联系方式: 4008116695 4008116605 使用期限: 7年

其他内容详见说明书。

2019/07/26

